

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Ghế máy nha khoa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà : Phan Thị Uyên
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Thiết bị y tế
 - Số điện thoại : 0373286919
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Thiết bị y tế - Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai - Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Thời gian tiếp nhận báo giá
 - Từ 08 giờ 00 ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến trước 16h00 ngày 25 tháng 12 năm 2023.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật.	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1	<p>GHẾ MÁY NHA KHOA</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>1. Ghế nha khoa : 01 bộ Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghế bệnh nhân - Mâm tay khoan loại Type 2 có: <ul style="list-style-type: none"> + Phím bấm điều khiển ghế + 2 dây tay khoan siêu tốc + 1 dây tay khoan tốc độ chậm + 1 tay xịt syringe 3 chức năng - Hệ thống bồn nhỏ: có <ul style="list-style-type: none"> + Chậu nhỏ bằng thủy tinh + 1 ống hút lớn + 1 ống hút nước bọt + 1 tay xịt hơi nước 3 chức năng + Phím điều khiển vị trí ghế + Bình nước sạch - Đèn nha khoa cảm ứng sensor - Foot control - Hộp sàn kết nối - Ghế nha sĩ : 2 cái <p>2. Tay khoan siêu tốc : 02 cái</p> <p>3. Bộ tay khoan tốc độ chậm: 0 1bộ</p>	<p>I. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng máy: mới 100%, - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn cung cấp: Nguồn điện: AC 220V-240V , 50/60Hz - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ hoạt động 10 °C - 40 °C + Độ ẩm hoạt động 30% - 75% (không ngưng tụ) <p>II. Yêu cầu kỹ thuật:</p> <p>1. Ghế nha khoa:</p> <p><u>Ghế bệnh nhân:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỹ thuật Start & Stop nhẹ nhàng, ghế di chuyển và ngừng một cách nhẹ nhàng và chậm - Thân ghế có thể hạ thấp nhất 400mm - 2 tựa tay - Tựa đầu khớp kép, có thể điều chỉnh nhiều vị trí - Chân đế có trang bị valve ngắt an toàn tự động dừng ghế khi gặp vật cản lúc hạ thấp xuống - Chiều cao từ đế ghế (mặt sàn) đến mâm tay khoan: tối thiểu 560mm, tối đa 1020mm - Chiều cao từ đế ghế (mặt sàn) đến đỉnh trụ đèn: tối đa 2300 mm - Chiều cao từ đế ghế (mặt sàn) đến nệm ngồi: tối thiểu 400mm, tối đa 750mm - Tựa lưng có thể ngã ra vào góc 80° <p><u>Mâm tay khoan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Có nơi để ống ly bên hông mâm tay khoan. - Phía bên hông của mâm tay khoan có các nút điều chỉnh lượng hơi và nước cho tay xịt hơi nước (syringe), nút điều chỉnh lượng hơi và nước cho từng vị trí tay khoan. - 2 tay cầm hai bên mâm - Giá đỡ tay khoan nghiêng góc 20 độ giúp bác sĩ 	01	Bộ

<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tay khuấy WE-56T - Tay thẳng HE-43 T <p>Air motor AM-20 RM</p>	<p>để dàng lấy dụng cụ và bảo vệ tay khoan tránh và chạm vào dụng cụ khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng phím điều khiển: 4 phím bấm điều khiển ghế và tựa lưng 2 vị trí nhớ (S1 và S2) Vị trí súc miệng Vị trí zero (vị trí nghỉ) Đèn LED cho biết vị trí tay khoan nào đang sử dụng (1, 2, 3, 4) - Kích thước mâm tay khoan: rộng 470mm, độ sâu tính đến holder giữ tay khoan: 470mm <p><u>Bồn nhỏ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bình nước sạch riêng biệt cấp nước cho tay khoan và tay xịt hơi nước (syringe) ở mâm tay khoan - Chậu nhỏ bằng thủy tinh, - Chậu nhỏ có thể lấy ra ngoài để vệ sinh dễ dàng. Có rổ lọc nhỏ bên trong chậu nhỏ - Có 1 hút nước bọt, 1 hút lớn - Bộ lọc cho 2 ống hút gắn ngay bên ngoài bồn nhỏ - Đầu hút có van chỉnh tăng/giảm áp lực hút. - Nút điều chỉnh lượng hơi và nước cho tay xịt hơi nước (syringe) - Nút chỉnh thời gian nước ra ly - Nước ra ly cảm ứng sensor - Các nút điều khiển phía phụ tá: Kích hoạt 2 vị trí nhớ (S1 và S2) Nút bấm nước ra chậu nhỏ Nút kích hoạt cho ghế về vị trí nghỉ và vị trí súc miệng. <p><u>Đèn nha khoa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn nha khoa cảm ứng sensor - Hai tay cầm giúp xoay điều chỉnh đầu đèn dễ dàng - Chụp đèn bên ngoài bảo vệ bóng đèn. - Khoảng di chuyển đầu đèn lên xuống: 830 ± 100 mm <p><u>Foot control</u></p> <p>Điều khiển chân nhỏ gọn loại Step-in type</p>	
---	---	--

		<p>(không điều khiển tốc độ) Các chức năng điều khiển ghế: - Điều khiển nâng hạ ghế và tựa lưng - Kích hoạt vị trí súc miệng, vị trí nghỉ - Kích hoạt vị trí nhớ S1 - Tắt mở nước tay khoan - Bàn đạp khởi động tay khoan.</p> <p><u>Hộp kết nối sàn – floor box</u> Có nút tắt/mở hơi và nước Có nút xả hơi/nước đọng lại. Công tắt nguồn chính, tắt/mở nguồn cho ghế hoạt động</p> <p><u>Ghế nha sĩ</u> Thiết kế 5 bánh xe di chuyển nhẹ nhàng, vững chắc Xylanh điều chỉnh độ cao/thấp ghế ngồi.</p> <p>2. Tay khoan siêu tốc - Công suất 18 W - Bi bằng thép - Đường kính đầu khoan 12.2 mm - Áp suất hơi yêu cầu: 2.2 – 2.8 bar - Một tia phun sương làm mát - Tốc độ 330.000 vòng quay/ phút - Đường kính mũi khoan: 1.6mm, chiều dài tối đa 25mm - Hệ thống chuck bấm thay mũi khoan dễ dàng mà chỉ cần tác động một lực nhỏ - Bộ lọc nước ngay đầu vào tay khoan cho chức năng phun sương tối ưu. - Hệ thống đầu tay khoan vệ sinh, chống hút ngược</p> <p>3. Bộ tay khoan tốc độ chậm - Tay khoan khuỷu: + Tỷ lệ truyền 1:1 + Đường kính đầu tay khoan nhỏ 10.1 mm cho tầm nhìn tốt nhất trong miệng + Chiều cao đầu khoan có mũi khoan 19mm: 20.8 mm + Kết nối khớp với motor chuẩn ISO 3964 + Đường kính mũi khoan sử dụng : 2.35mm, chiều dài mũi khoan 34mm + Hệ thống chuck bấm dễ dàng thay mũi khoan</p>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Tay khoan thẳng: + Tỷ lệ truyền 1:1 + Kết nối khớp với motor chuẩn ISO 3964 + Đường kính mũi khoan sử dụng: 2.35mm, chiều dài mũi khoan 50mm + Hệ thống chuck xoay + Đường kính vỏ ngoài chỉ 18mm - Air motor + Có thể điều chỉnh tốc độ và đảo chiều quay + Điều chỉnh tốc độ từ 5,000 đến 20,000 vòng/phút ở áp suất hơi 2.5 bar, tốc độ 5,000 đến 25,000 vòng/phút ở áp suất hơi 3.0bar + Công suất 20W + Đường kính vỏ ngoài chỉ 18mm 		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm giao hàng:
 Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai - Khu phố 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán : Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

5. Thông tin khác:

Đơn vị báo giá theo Mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị được quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y Tế.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, P.TBYT.



Lê Anh Phong